metacarpal



GEM

Guide de mise en place rapide

10001-2104

Bienvenu

Merci d’avoir choisi la prothèse Metacarpal GEM.

Conçue pour offrir confort, durabilité et fonction améliorée, cette prothèse à commande corporelle vous accompagnera au quotidien.

Ce guide vous aidera à bien comprendre votre nouvelle main, notamment son fonctionnement, son entretien et comment en tirer le meilleur parti. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous ou votre clinicien avez des questions, nous sommes là pour vous aider.

Le mode d’emploi en ligne contient toutes les informations nécessaires pour bien démarrer avec votre prothèse GEM et l'utiliser en toute sécurité. Vous pouvez consulter le mode d’emploi complet sur: *www.metacarpalprosthetics.com/ifu* ou utiliser le QR-code ci-dessous.

Code de produit: 10001 and 10101

Commençons

Ce guide de mise en place rapide vous fournira un aperçu concis de la prothèse GEM et de ce que vous pouvez en attendre. Pour les détails sur la garantie, la sécurité et l'entretien, veuillez consulter le mode d'emploi.

L'utilisation de votre Metacarpal GEM

Attacher et détacher l'emboîture du harnais

La prothèse GEM utilise un filetage standard (½"-20 UNF)

pour se connecter au poignet ou à une emboîture, permettant ainsi un démontage facile avec différents dispositifs terminaux. Pour fixer la main, vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit correctement installée, sauf si vous utilisez des empiècements de déconnexion. En ce cas-là, consultez le mode d'emploi pour l'utilisation d'un poignet à déconnexion rapide. Pour détacher, dévissez-la.



Attachée la main ***Détachée la main***

Veuillez consulter le mode d'emploi pour les détails concernant l'attachement et le détachement de votre harnais

Ouvrir et Fermer

La prothèse GEM fonctionne grâce à un système à commande corporelle.

Jusqu'à trois mouvements permettent d'ouvrir et de fermer la prothèse.



Atteindre - Flexion, extension et élévation gléno-humérales



Flexion et extension du coude



Arrondi des épaules abduction de la scapula (Protraction)



Dos redressé adduction (Retraction)

Les prises

Le pouce peut être pivoté manuellement pour réaliser trois positions: Pince, Prise latérale (clé), et Puissance. Tenez la base du pouce fermement avec contrôle et appliquez une pression sur le pouce pour le mettre dans la position voulue.

			
Action de	Pince	Prise latérale (clé)	Puissance
Pour	Saisir la plupart des petits objets, sachets, et conteneurs.	Saisir un objet plat comme une clé, une carte ou une assiette.	Saisir un outil ou un objet cylindrique comme une poignée.
Comment	Le pouce en opposition, jusqu'au butoir. 	Le pouce ouvert, jusqu'au butoir. 	Le pouce positionné entre les deux butoirs. 

La technologie de Saisie Réactive™ (Reactive Grasp Technology™) permet une préhension adaptative.

Le mécanisme situé dans la paume permet aux doigts trois à cinq de s'adapter aux formes, assurant ainsi leur stabilité.



IMPORTANT: La fonction principale des doigts trois à cinq est de s'adapter et de stabiliser. La fonction principale de l'index et du pouce est de générer la force.

Votre prothèse GEM est étanche. Après avoir mouillé la prothèse, retirez le couvercle et laissez-la sécher complètement.

Le suivant se trouve en ligne sur le mode d'emploi:

1. **Utilisation prévue et Indications**

2. **L'utilisation de votre Prothèse GEM**

   - Attacher et détacher de l'emboîture et du harnais
   - Comment fonctionne la prothèse Metacarpal GEM?
   - Meilleures Pratiques

3. **Soins et Entretien**

   - Hygiène
   - Comment nettoyer votre prothèse?

4. **Spécifications techniques**

   Les spécifications techniques fournissent des informations essentielles sur les charges maximales supportables par la prothèse et sa compatibilité avec d'autres dispositifs.

5. **Garantie**

   La prothèse GEM est couverte par une garantie complète de 24 mois standard. Pour garantir la validité de votre garantie pendant toute la durée d'utilisation du produit, il est essentiel de lire attentivement le mode d'emploi, qui contient toutes les informations de sécurité et les détails de la garantie.

6. **Directives environnementales et d’élimination**

   Comment se défaire de votre prothèse.

7. **Dépannage**

   En cas de dysfonctionnement de votre prothèse GEM, référer au mode d’emploi et contacter votre clinicien.

8. **Sécurité et avertissements**

   - Contre-indications
   - Avertissements et précautions

Veuillez consulter le mode d'emploi complet disponible à la fin de ce guide.

Symboles

Le Symbole	La Définition
	Le fabricant
REF	Le numéro de catalogue
SN	Le numéro de série
UDI	L'identifiant unique de l’appareil
	La date de fabrication en Grande-Bretagne
	Consultez les instructions pour l’utilisation
Rx	Attention: La loi fédérale américaine restreint la vente de ces appareils aux médecins ou sur ordonnance médicale
MD	Un dispositif
UK CA	Conformité britannique évaluée
CE	Conformité européenne évaluée

Sécurité et avertissements



Avant d'utiliser la prothèse GEM, il est essentiel de lire et de bien comprendre les avertissements et précautions. Veuillez consulter les informations de sécurité dans le mode d'emploi.

Avertissements:

- L'utilisateur final, c'est-à-dire l'opérateur désigné de la prothèse, est responsable de son utilisation conformément au mode d'emploi.
- Des ajustements incorrects de la prothèse GEM peuvent compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Votre sécurité, et celle des autres, ne devrait jamais dépendre de la présence de la prothèse.

Pour une liste complète de avertissements et précautions .Veuillez vous référer au manuel d'utilisation dans son entièreté.

Veuillez utiliser la prothèse GEM de manière en conformément à son mode d'emploi.



Veuillez déclarer tout événement indésirable par email:
complaints@metacarpalprosthetics.com



Metacarpal Ltd
National Robotarium,
Edinburgh, EH14 4AS

support@metacarpalprosthetics.com
www.metacarpalprosthetics.com

Une clé Allen de 2.5 mm

Lisez le mode d'emploi complet à *www.metacarpalprosthetics.com/ifu*
ou utilisez le code QR ci-dessous.